

ANEXO Nº ANEXO I/2026/IQUEGO/GGQ-18794

Anexo I - Relação de Produtos

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
1	Avental (TNT não tecido): Avental em material não tecido 100% polipropileno (TNT), com mangas longas, elástico ou malha nos punhos, decote careca com viés na gola, abertura nas costas e tiras para amarração na cintura e no decote. Disponível nos tamanhos P, M e G, gramaturas de 20, 30, 40 e 50 g/m², em cores diversas (branco, azul, amarelo, verde, rosa).
2	Avental Laminado (Impermeável): Avental confeccionado em não tecido (TNT 100% PP) laminado com filme de polietileno (PE), impermeável, com eficiência de filtragem bacteriana (BFE). Material atóxico e hipoalergênico. Possui mangas longas com punhos de elástico ou malha, decote careca com viés na gola, abertura dorsal e tiras para amarração na cintura e no pescoço. Disponível nos tamanhos P, M e G.
3	Avental Cirúrgico (Estéril): Avental cirúrgico confeccionado em material SMS com alta resistência e maleabilidade, oferecendo conforto ao usuário. Possui mangas raglan longas com barreira repelente a fluidos em mangas, tórax, abdômen e membros inferiores (ou tratamento repelente equivalente). Inclui tiras para amarração na cintura e fecho em velcro no pescoço. Cada avental acompanha toalha de mão estéril, cartão TAG para transferência asséptica e é embalado individualmente em dupla embalagem (dobra asséptica). Produto fornecido estéril, esterilizado por óxido de etileno, em embalagem de papel grau cirúrgico e filme hospitalar. Tamanhos P, M e G; gramaturas disponíveis de 40 e 50 g/m².
4	Avental Cirúrgico (Não Estéril): Avental cirúrgico em SMS para uso não estéril, material de alta resistência e flexibilidade, proporcionando conforto. Possui tiras para amarração na cintura e pescoço. Tamanho único; gramatura de 40 ou 50 g/m².
5	Campo Cirúrgico: Campo cirúrgico confeccionado em tecido 100% algodão, não estéril, livre de manchas, impurezas, amido e branqueador ótico. Disponível em diversos tamanhos padronizados, por exemplo: 30 x 30 cm, 40 x 40 cm, 50 x 50 cm, 75 x 75 cm, 1,10 x 1,60 m, até 2,60 x 1,60 m, entre outras dimensões intermediárias. Gramaturas típicas: 40 ou 50 g/m². Podem ser fornecidos campos com ou sem fenestra (abertura).
6	Kit Cirúrgico Universal: Kit de uso geral em procedimentos cirúrgicos, composto por campos cirúrgicos e acessórios em material SMS. Inclui, no mínimo: 1 cobertura de mesa de instrumentos, 1 campo cirúrgico inferior, 1 campo superior, 1 campo lateral, 1 passa-tubos e 1 bolsa para instrumentos. Material: SMS com gramatura de 50 g/m²; todos os componentes do kit são fornecidos estéreis, esterilizados por óxido de etileno.
7	Kit Cirúrgico Oftalmológico Lasik – Monocular: Kit específico para procedimento oftalmológico (cirurgia Lasik) em um olho. Contém campo cirúrgico produzido em TNT (100% polipropileno), cor azul, processo SMS, gramatura média 40 g/m², dimensões aproximadas 46 cm x 82 cm. Produto estéril (esterilização por óxido de etileno).
8	Kit Cirúrgico Oftalmológico Lasik – Binocular: Kit para procedimento oftalmológico Lasik em ambos os olhos. Especificações similares ao kit monocular, composto por campo cirúrgico em TNT (100% PP) azul, processo SMS 40 g/m², dimensões 46 cm x 82 cm, esterilizado por óxido de etileno.
9	Kit Cirúrgico Odontológico: Kit para procedimentos odontológicos, composto por itens em TNT. Por exemplo, pode incluir: 2 aventais de manga longa (aprox. 1,20 x 1,40 m), 1 campo de mesa (0,70 x 0,90 m), 1 campo de mesa impermeável (0,70 x 0,90 m), 1 campo fenestrado (1,20 x 0,70 m), 2 capas de mangueira (1,00 x 0,08 m), 2 capas de refletor (0,25 x 0,10 m) e 2 toalhas absorventes (0,35 x 0,40 m). Material: TNT gramatura 30 g/m², cor branca; produto esterilizado por óxido de etileno.
10	Kit Cirúrgico para Cesárea: Kit específico para procedimentos de cesariana. Material principal em SMS (gramatura 50 g/m²). Composição típica do kit: 1 cobertura de mesa de instrumentos, 1 campo cirúrgico para cesárea, 1 manta para o recém-nascido, 1 passa-tubos e 1 bolsa de instrumentos. Produto fornecido estéril (esterilizado em óxido de etileno).
11	Kit Cirúrgico para Artroscopia: Kit específico para procedimentos de artroscopia, confeccionado em material SMS estéril com reforços impermeáveis, gramatura 50 g/m². Composto, por exemplo, de: cobertura impermeável de mesa auxiliar (aprox. 1,30 x 2,20 m) com reforço absorvente; campo cirúrgico de aproximação absorvente e impermeável (aprox. 0,60 x 1,20 m) com fenestra em “U” e fita adesiva hipoalergênica; campo impermeável (1,30 x 1,90 m) com fenestra em “U” e fita

	adesiva; botas impermeáveis (par de campos de 1,30 x 0,35 m) com tiras adesivas para fixação; e campo cirúrgico em SMS (2,00 x 3,50 m) com janela elástica de 10 cm e reforço absorvente e impermeável. Todos os componentes são fornecidos estéreis, esterilizados por óxido de etileno.
12	Fronha de Mayo: Fronha para mesa auxiliar (mesa Mayo) utilizada em centro cirúrgico. Confeccionada em brim profissional hospitalar ou em SMS (~50 g/m²), tingimento tipo Indanthrene (alta solidez), resistente a lavagens industriais. Dimensão aproximada: 70 x 150 cm. Pode ser fornecida estéril ou não estéril, conforme a necessidade.
13	Fronha de Mayo Estéril : Fronha para mesa auxiliar (mesa Mayo) utilizada em centro cirúrgico. Confeccionada em brim profissional hospitalar ou em SMS (~50 g/m²), tingimento tipo Indanthrene (alta solidez), resistente a lavagens industriais. Dimensão aproximada: 70 x 150 cm. Pode ser fornecida estéril ou não estéril, conforme a necessidade. Esterilizado por ETO
14	Kit Cirúrgico Odontológico: KCOIS - Kit Cirúrgico Odontológico para Implantes Safe, contendo: 02 aventais manga longa 30 gramas, 02 toalhas absorventes, 02 toucas sanfonadas, 02 protetores de refletor, 02 protetores de sugador na medida de 2,00 x 0,08 , 02 campo de mesa na medida 0,70 x 0,90 cm, 01 campo fenestrado 2,00 x 0,90 cm, 02 pares de Propé, 03 unidades de máscara tripla.
15	Kit Cirúrgico Odontológico Periodontal: KCOPS - Kit Cirúrgico Odontológico Periodontal Safe, contendo: 02 aventais manga longa 30 gramas, 02 toalhas absorventes, 01 campo para motor 0,70 x 0,70 cm, 02 protetores de refletor, 02 protetores de sugador 2,00 x 0,08, 02 campos de mesa 0,70 x 0,90 cm, 01 campo fenestrado 2,00 x 0,90.
16	Kit Cirúrgico Odontológico para Pequenas Cirurgias: KCOPCS- Kit Cirúrgico Odontológico para Pequenas Cirurgias Safe, contendo: 06 toalhas absorventes, 02 aventais manga longa 30 gramas, 01 campo para mesa auxiliar 0,90 x 0,80, 01 campo para mesa auxiliar 0,45 x 0,50 cm, 02 protetores para sugador, 01 protetor de refletor, 01 campo fenestrado 0,90 x 1,40.
17	Kit Cirúrgico Odontológico Básico: KCOBS - Kit Cirúrgico Odontológico Básico Safe, contendo: 01 avental descartável 30 gramas, 01 toalha absorvente, 01 campo de mesa medindo 0,70 x 0,90 cm, 01 campo fenestrado medido 1,20 x 0,90 cm.
18	Kit Cirúrgico Odontológico Completo: KCOCS - Kit Cirúrgico Odontológico Completo Safe, contendo: 02 toalhas absorventes, 02 aventais descartáveis 30 gramas, 01 campo fenestrado 1,20 x 0,90 cm, 02 campos cirúrgicos 0,70 x 0,90 cm, 02 protetores de sugador, 02 protetores de refletor, 02 toucas sanfonadas, 02 máscaras tripla.
19	Kit Cirúrgico Universal Safe Modelo Safe básico: 1 Campo Cirúrgico superior adesivado, 2,50 x 2,00m; 1 Campo cirúrgico inferior adesivado, 1,50 x 2,00m; 2 Campos cobertura lateral, 1,50 x 1,00m; 1 Campo de Mesa auxiliar impermeável laminado, 2,00 x 1,50m.
20	Kit Cirúrgico Universal Safe Modelo Safe com Bolsa: 1 Campo Cirúrgico superior adesivado, 2,50 x 1,50m; 1 Campo cirúrgico inferior adesivado, 1,50 x 2,00m; 2 Campos cobertura lateral, 1,50 x 1,00m; 1 Campo de Mesa auxiliar impermeável laminado, 2,00 x 1,30m; Bolsa de instrumentos 0,30 x 0,35cm.
21	Kit Cirúrgico Universal Safe Modelo Safe Completo: 1 Campo Cirúrgico superior adesivado, 2,50 x 1,50m;

	1 Campo cirúrgico inferior adesivado, 1,50 x 2,00m;
	2 Campos cobertura lateral, 1,50 x 1,00m;
	1 Campo de Mesa auxiliar impermeável laminado, 2,00 x 1,30m;
	Bolsa de instrumentos 0,30 x 0,35cm.
	1 Campo para Mesa de Mayo 0,60 x 1,40cm.

GOIANIA, aos 07 dias do mês de janeiro de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **LAURINDO DAMAS DA SILVA JUNIOR, Gerente**, em 08/01/2026, às 15:18, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **RENATO RODRIGUES RIBEIRO, Assessor (a)**, em 12/01/2026, às 11:15, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **NAARA DUARTE DE FARIA DANTAS, Coordenador (a)**, em 12/01/2026, às 11:18, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ALBERRIQUE LEAO DE ARAUJO, Assessor**, em 12/01/2026, às 12:09, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **DACIO ROGERIO FERNANDES CINTRA, Assessor (a)**, em 13/01/2026, às 11:26, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **84662152** e o código CRC **A76B6274**.

GERÊNCIA DA GARANTIA DA QUALIDADE
AVENIDA ANHANGUERA 9827, S/C - Bairro IPIRANGA - GOIANIA - GO - CEP 74450-010 - (62)3235-2950.



Referência: Processo nº 202500055000866



SEI 84662152