



TERMO DE JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO

Número do Processo - SEI

202400005023831

Às 08:00 horas, do dia 17/09/2025, iniciou-se a sessão pública on-line para realização dos procedimentos relativos à contratação para aquisição de equipamentos FAF 2024, mediante Pregão Eletrônico nº 167/2025, referente ao processo de contratação nº 107065 e processo SEI nº 202400005023831, quando o agente de contratação e os membros da equipe de apoio, indicados pela Portaria de Designação de Funções, se reuniram em atendimento às disposições contidas no instrumento convocatório, juntamente com os licitantes, e chegaram ao seguinte resultado:

Valor total adjudicado: R\$ 170.325,96

Descrição do item 001

Código 4539 - Equipamentos Médicos, Alicates de ordenha para bolsa de sangue.

Informações Adicionais

Alicate de ordenha manual em liga de alumínio tratado ou material superior, com rolamento, mola e rolete metálicos ou material superior, garantindo uma maior durabilidade além de permitir que o equipamento não perca alinhamento caso esse venha a sofrer quedas durante sua aplicação, com sistema de alinhamento preciso do tubo durante o processo de ordenha. Possuir compatibilidade com todas as marcas de bolsa de sangue disponibilizadas no mercado, desse modo, mesmo com bolsas com diâmetros diferentes – visto que cada fabricante têm seus parâmetros – o alicate poderá ser utilizado sem problemas adicionais.

Período (Meses)	
Quantidade	12
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Descrição do item 002

Código 4539 - Equipamentos Médicos, Seladora dielétrica para bolsa de sangue De bancada,

Informações Adicionais

Seladora Automática para selagem de tubos de PVC grau médico de até 6 mm de espessura externa. Com controle auto ajustável de alta frequência que permite a soldagem de tubos independentes do diâmetro

do tubo. Com alarme de falha de selagem para que os operadores consigam verificar se a selagem foi feita incorretamente.

Período (Meses)	
Quantidade	7
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	40.175.705/0001-64
Fornecedor	CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
Valor Unitário	R\$ 24.332,28
Valor Total	R\$ 170.325,96
Situação	Adjudicado

Descrição do item 003

Código 855 - Agitador de Tubos, vórtex, para tubo (s) de até 30 mm de diâmetro, rotação de 0 a 3.000 rpm, tensão de 220 V.

Informações Adicionais

Agitador de tubos confeccionado em plástico ABS de alta durabilidade para atender a demanda da unidade; possuir velocidade ajustável de, no mínimo, 2500rpm para atendimento aos diversos tipos de amostras; possuir receptáculo de borracha para melhor acomodação dos tubos e maior estabilidade durante o funcionamento do equipamento; sistema de pés antiderrapantes para melhor fixação à bancada;

Período (Meses)	
Quantidade	6
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Descrição do item 004

Código 4539 - Equipamentos Médicos, Aglutinoscópio.

Informações Adicionais

- Para uso em banco de sangue e laboratórios de análises clínicas; - Para visualização da reação de aglutinação em tubos; - Com chave liga/desliga; - Com lâmpada; - Construído em material não poroso; - Suporte ou base que possibilite movimento giratório ou oscilatório; - Alimentação 220V/60Hz ou bivolt automático.

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Descrição do item 005

Código 4539 - Equipamentos Médicos, Balança Analítica Digital 2500g.

Informações Adicionais

Balança para laboratório com capacidade de 2500g por atender a demanda e ter a disponibilidade no mercado; divisão de, no mínimo, 0,01g por se tratar de atendimento a amostras de, pelo menos, miligramas (mg), havendo exatidão nas medidas. Display LCD para melhor visualização pelo usuário. Ser entregue com Certificado de Calibração rastreável a Rede Brasileira de Calibração – RBC para garantir a qualidade do serviço de calibração.

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Descrição do item 006

Código 4539 - Equipamentos Médicos, Caixa térmica para transporte de hemocomponentes - 5 L.

Informações Adicionais

- Capacidade mínima de 5 litros; - Confeccionada em poliuretano de alta densidade; - Tampa basculante ou com sistema de trava que evita abertura indesejada da tampa de fácil higienização; - Termômetro digital, instalado de forma rebaixada na parede frontal da caixa, com sensor temperatura interna da caixa; - Visualização da temperatura através do visor de cristal líquido (LCD) de três dígitos; - Função temperatura atual, máxima e mínima; - Resolução de 0,1°C e precisão de +/- 1°C; - Alimentação do termômetro pilha ou bateria; - O termômetro deverá ser entregue com Certificado de Calibração rastreável a Rede Brasileira de Calibração (Faixas temperatura 1°C, 4°C, 8°C e 10°C).

Período (Meses)	
Quantidade	11
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Deserto

Descrição do item 007

Código 4539 - Equipamentos Médicos, Caixa térmica para transporte de hemocomponentes - 45 a 60 L.

Informações Adicionais

- Capacidade mínima de 45 litros; - Confeccionada em poliuretano de alta densidade; - Tampa basculante ou com sistema de trava que evita abertura indesejada da tampa de fácil higienização; - Termômetro digital, instalado de forma rebaixada na parede frontal da caixa, com sensor temperatura interna da caixa; - Visualização da temperatura através do visor de cristal líquido (LCD) de três dígitos; - Função temperatura atual, máxima e mínima; - Resolução de 0,1°C e precisão de +/- 1°C; - Alimentação do termômetro pilha ou bateria; - O termômetro deverá ser entregue com Certificado de Calibração rastreável a Rede Brasileira de Calibração (Faixas temperatura 1°C, 4°C, 8°C e 10°C).

Período (Meses)	
Quantidade	10
Unidade	unidade

CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Deserto

Descrição do item 008

Código 4539 - Equipamentos Médicos, Centrífuga para testes imunohematológicos,

Informações Adicionais

Possuir velocidade entre 300 e 4900rpm para atendimento aos diversos tipos de amostras. Possuir completo display para monitoramento e programação de velocidade (rpm), força centrífuga relativa (G) e tempo, além do display em LED para fácil visualização pelo usuário. Deve possuir rotor de ângulo fixo para 8 (oito) tubos, capaz de aceitar tubos de 5 e 7 ml. Ser entregue com Certificado de Calibração rastreável a Rede Brasileira de Calibração – RBC (Faixas rotação: 2.500, 3.000 e 3.500 rpm. Faixas de tempo: 3, 5 e 10 minutos) para garantir a qualidade do serviço de calibração.

Período (Meses)	
Quantidade	3
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Deserto

Descrição do item 009

Código 3989 - Micropipeta monocal, 25 microlitos, em polímero ABS, com superfície lisa e tratamento de íons de prata, botão de acionamento suave, descanso de dedo ajustável em 120°, sistema de bloqueio de volumes, display mecânico de ajuste e visualização do volume, resistente à luz ultravioleta.

Informações Adicionais

Construída em polímero ABS, com superfície lisa e tratamento de íons de prata; - Botão de acionamento suave; - Descanso de dedo ajustável em 120°; - Sistema de bloqueio de volumes, display mecânico de ajuste e visualização do volume, espaço para identificação (TAG); - Resistente à luz ultravioleta, cone de fácil remoção e autoclavável, sistema de expulsão de ar para menores volumes; - Volume de 25ul; - Inexatidão máxima +/- 2,5%; - Imprecisão máxima de +/- 0,7%; - Manual de instruções em português. - O equipamento deverá ser entregue junto com certificado de calibração rastreável a Rede Brasileira de Calibração. - Registro Anvisa ou dispensa de registro, caso aplicável.

Período (Meses)	
Quantidade	4
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Descrição do item 010

Código 3986 - Micropipeta monocal, Com volume variável de 200 a 1000 microlitos.

Informações Adicionais

Construída em polímero ABS, com superfície lisa e tratamento de íons de prata; - Botão de acionamento suave; - Descanso de dedo ajustável em 120°; - Sistema de bloqueio de volumes, display mecânico de ajuste e visualização do volume, espaço para identificação (TAG); - Resistente à luz ultravioleta, cone de fácil remoção e autoclavável, sistema de expulsão de ar para menores volumes; - Faixa de volume ajustável de 200-1000ul; - Inexatidão máxima +/- 2,5%; - Imprecisão máxima de +/- 0,7%; - Manual de instruções em português. - O equipamento deverá ser entregue junto com certificado de calibração rastreável a Rede Brasileira de Calibração. - Registro Anvisa ou dispensa de registro, caso aplicável.

Período (Meses)	
Quantidade	10
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Descrição do item 011

Código 3986 - Micropipeta monocal, Capacidade em volume para 100ul, inexatidão máxima +/- 2,5%, imprecisão máxima de +/- 0,7%.

Informações Adicionais

Construída em polímero ABS, com superfície lisa e tratamento de íons de prata; - Botão de acionamento suave; - Descanso de dedo ajustável em 120°; - Sistema de bloqueio de volumes, display mecânico de ajuste e visualização do volume, espaço para identificação (TAG); - Resistente à luz ultravioleta, cone de fácil remoção e autoclavável, sistema de expulsão de ar para menores volumes; - Volume de 100ul; - Inexatidão máxima +/- 2,5%; - Imprecisão máxima de +/- 0,7%; - Manual de instruções em português. - O equipamento deverá ser entregue junto com certificado de calibração rastreável a Rede Brasileira de Calibração. - Registro Anvisa ou dispensa de registro, caso aplicável.

Período (Meses)	
Quantidade	10
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Descrição do item 012

Código 3986 - Micropipeta monocal, Capacidade em volume para 50ul, inexatidão máxima +/- 2,5%, imprecisão máxima de +/- 0,7%..

Informações Adicionais

Construída em polímero ABS, com superfície lisa e tratamento de íons de prata; - Botão de acionamento suave; - Descanso de dedo ajustável em 120°; - Sistema de bloqueio de volumes, display mecânico de ajuste e visualização do volume, espaço para identificação (TAG); - Resistente à luz ultravioleta, cone de fácil remoção e autoclavável, sistema de expulsão de ar para menores volumes; - Volume de 50ul; - Inexatidão máxima +/- 2,5%; - Imprecisão máxima de +/- 0,7%; - Manual de instruções em português. - O equipamento deverá ser entregue junto com certificado de calibração rastreável a Rede Brasileira de Calibração. - Registro Anvisa ou dispensa de registro, caso aplicável.

Período (Meses)	
Quantidade	10
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Considerando que a sessão foi conduzida conforme determina o edital, atendendo aos preceitos da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do Decreto estadual nº 10.247, de 30 de Março de 2023. Foi divulgado o resultado da sessão pública com o(s) licitante(s) melhor(es) classificado(s), o(s) qual(is) foi(am) declarado(s) vencedor(es) no(s) respectivo(s) item(s)/lote(s), bem como foi concedido prazo recursal conforme preconiza a lei. Encerradas as fases de julgamento, de habilitação e recursal, decido ADJUDICAR o objeto ao(s) vencedor(es) citado(s) acima e HOMOLOGAR o presente certame, nos termos do art. 71, inciso IV da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e art. 50 do Decreto estadual nº 10.247, de 30 de Março de 2023.

THALLES PAULINO DE ÁVILA

Superintendente de Gestão Integrada/ SES-GO

Delegação de Competência por meio da Portaria 3201 de 29 de setembro de 2025

Versão do Doc. Padrão
0.02

GOIANIA, aos 09 dias do mês de março de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 09/03/2026, às 15:54, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **87410532** e o código CRC **2B7369FC**.

SISTEMA DE LOGÍSTICA DE GOIÁS
AVENIDA ANHANGUERA Nº 609, - Bairro SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO - GOIANIA -
GO - CEP 74610-250 - (62)3201-8795.



Referência: Processo nº 202400005023831



SEI 87410532