

Secretaria de
Estado da
Administração



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO

Número do Processo - SEI
202500005019949

Às 09:00 horas, do dia 30/10/2025, iniciou-se a sessão pública on-line para realização dos procedimentos relativos à contratação de Aquisição de equipamentos para CME, mediante Pregão Eletrônico nº 255/2025, referente ao processo de contratação nº 115083 e processo SEI nº 202500005019949, quando o agente de contratação e os membros da equipe de apoio, indicados pela Portaria de Designação de Funções, se reuniram em atendimento às disposições contidas no instrumento convocatório, juntamente com os licitantes, e chegaram ao seguinte resultado:

Valor total adjudicado: R\$ 83.448,74

Descrição do item 001

Código 3663 - Autoclave horizontal de Mesa, capacidade 21 litros, com desaeração e despressurização automáticas, câmara em aço inoxidável com dimensões de 25 cm de diâmetro e 46,5 cm de profundidade, tempo de secagem de 55 minutos para cada ciclo, secagem com porta entreaberta, 3 bandejas removíveis, suporte, copo graduado, fusível, braçadeira e amostra de mangueira, dimensões externas: 38 cm altura x 39,5 cm de largura x 61 cm de profundidade, Voltagem: 220 volts.

Informações Adicionais

Equipamento de bancada, para esterilização de materiais utilizados em procedimentos médicos, odontológicos e laboratoriais, microprocessado. Deve possuir ciclos programáveis para diferentes tipos de materiais. Capacidade mínima da câmara interna de 21 litros. Temperatura de esterilização de, no mínimo, 121°C e, no máximo, 135°C. Deve consumir, no máximo, 1000ml de água por ciclo. Câmara de esterilização deve ser confeccionada em aço inox AISI 304 ou superior. Deve possuir as etapas completas de esterilização: aquecimento, esterilização e secagem (com porta aberta e/ou fechada). Deve possuir despressurização automática. Deve possuir painel de controle/teclado digital para seleção de ciclo, tempo e temperatura. Deve possuir indicação de falta de água no reservatório. Vedação da porta com guarnição. Deve possuir sistema de segurança para fechamento da porta. Deve acompanhar todos os acessórios mínimos para pleno funcionamento do equipamento. Deve acompanhar, no mínimo, 02 (duas) bandejas/prateleiras. Alimentação elétrica 220V/60 Hz ou bivolt automático.

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-

Situação	Fracassado
Descrição do item 002	
Código 4539 - Equipamentos Médicos, Lavadora Ultrassônica 40 L,	
Informações Adicionais	
Equipamento microprocessado com capacidade total de lavagem de, no mínimo, 40L para lavagem de materiais canulados e instrumentais através de energia ultrassônica com frequência mínima de 40Khz, sistema microcontrolado para comando e alarmes de operação; gabinete, estrutura e tampa confeccionados totalmente em aço inoxidável; tampa vedada por guarnição de silicone puro; possuir bomba de drenagem para acelerar processo de esvaziamento; possuir bomba de fluxo para otimizar limpeza por vazão intermitente; possuir bomba peristáltica para dosagem de detergente; interface HM em painel LCD; impressora térmica para documentação dos ciclos embutida; capacidade de executar ciclos pré-programados ao menos para: instrumentais, instrumentais delicados, instrumentais de ortopedia e canulados. Deve acompanhar: 02 cestos aramados em aço inoxidável do tamanho aproximado da cuba para uso geral; 01 cesto de dimensões reduzidas para uso com instrumentais de menor tamanho em aço inox 304; 01 cesto completo (ou sistema já acoplado ao equipamento) para processamento de canulados (conjunto de montagem e kit tampas); acompanhada de cavalete para filtragem de água potável, quaisquer outros dispositivos essenciais à plena operação do equipamento; insumos, reagentes e testes para operação do equipamento para ao menos 30 ciclos de operação. Alimentação elétrica 220 V / 60 Hz ou bivolt automático.	
Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Descrição do item 003

Código 6353 - Lavadora de Endoscópio, com capacidade para 01 endoscópio, cuba interna com capacidade mínima para 10 litros, com no mínimo 04 canais de irrigação, com dosador automático de detergente, controlado por microprocessador.

Informações Adicionais

Equipamento dedicado para reprocessamento/lavagem de endoscópios por meio de desinfecção enzimática; Deve apresentar capacidade para, pelo menos, 01 endoscópio; Cuba interna com capacidade mínima para 10 litros; Cuba interna com no mínimo 03 canais de irrigação; Deve permitir a configuração de parâmetros para os ciclos; Possuir painel de comando, com tela LCD/TFT, para programação do ciclo; O equipamento deverá realizar a desinfecção por imersão com irrigação interna do endoscópio com as seguintes fases mínimas: lavagem, desinfecção e enxágue; Deve possuir dosador de detergentes; Possuir reservatórios de detergentes removíveis para limpeza completa; Deve possuir impressora; Possuir sistema de monitoramento do uso do produto desinfetante; Possuir sistema de detecção de vazamento automática antes do início do ciclo de limpeza Alarmes visuais e sonoros: endoscópios com vazamento, uso inadequado de desinfetante e porta aberta; Alimentação elétrica de 220V / 60 Hz;

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	37.122.230/0001-33
Fornecedor	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MÉDICA LTDA
Valor Unitário	R\$ 82.249,74

Valor Total	R\$ 82.249,74
Situação	Adjudicado
Descrição do item 004	
Código 4539 - Equipamentos Médicos, Estufa de secagem,	
Informações Adicionais	
Estufa de secagem e esterilização para materiais e vidrarias em geral; Temperatura de trabalho: Deve ser capaz de atingir e manter temperaturas entre 30°C e 250°C; Controle de temperatura: digital microprocessado; Programação e indicação digital da temperatura através de termômetro digital com as funções programáveis de: timer, set point, resolução +/- 1°C; Câmara interna em aço inox polido; Gabinete em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Isolamento térmico lã de vidro ou lã de rocha; Vedação da porta com perfil de silicone; Sistema de proteção contra superaquecimento; Capacidade mínima de 100 litros e, no mínimo, 3 (três) prateleiras em aço inoxidável e removíveis; Fluxo de ar com saída superior de aço inoxidável com orifício central para acomodação de termômetro; O fornecedor deverá realizar a calibração do equipamento e emitir o certificado de calibração com padrões rastreáveis a Rede Brasileira de Calibração, nas temperaturas de 50°C, 100°C e 150°C; Alimentação elétrica de 220 Volts/60 Hz ou bivolt	
Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Descrição do item 005

Código 3901 - Seladora Grau Cirúrgico, em polietileno, largura da compressão da solda de aproximadamente 12 mm e área soldável de no mínimo 300 mm, tensão de 220V (ou bivolt 110/220V), frequência: 50/60 Hz.

Informações Adicionais

Espessura de selagem de no mínimo 12mm; Área de selagem de no mínimo 30cm; Sistema de corte em ambas as direções; Acionamento por meio de alavanca; Resistência blindada com controle automático de temperatura; Sistema de avisos com LEDs e/ou sinais sonoros; Potência mínima de 80W; Alimentação 220V /60Hz ou bivolt automático.

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	05.895.525/0001-56
Fornecedor	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS LTDA
Valor Unitário	R\$ 1.199,00
Valor Total	R\$ 1.199,00
Situação	Adjudicado

Descrição do item 006

Código 4539 - Equipamentos Médicos, Osmose Reversa,

Informações Adicionais

Produção de água no mínimo 30 Litros/hora; Constituído de Pré-filtros para sedimentos, Filtro de carvão ativado, Membrana(s) de osmose reversa, Bomba de água, bem como reservatório para água purificada

Possuir Condutivímetro digital, a condutividade deverá ser exibida em um display; Alarme quando a condutividade estiver alta, Pressão Alta, Falta de Água; 220v ou bivolt. Conter todos os acessórios, mangueiras e conexões necessários ao completo funcionamento do equipamento. Garantia mínima de 12 meses; Registro válido na Anvisa;

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Descrição do item 007

Código 3673 - Autoclave Horizontal, de bancada, à vapor, de mesa, cap. aprox. p/ 75 l.

Informações Adicionais

Equipamento de bancada, para esterilização de materiais utilizados em procedimentos médicos, odontológicos e laboratoriais, microprocessado. Deve possuir ciclos programáveis para diferentes tipos de materiais. Capacidade mínima de 75 litros. Temperatura de esterilização de, no mínimo, 121°C e, no máximo, 134°C, com manômetro com escala de pressão de no mínimo 3kgf/cm². Deve consumir, no máximo, 1000ml de água por ciclo. Câmara de esterilização deve ser confeccionada em aço inox AISI 304 ou superior. Deve possuir as etapas completas de esterilização: aquecimento, esterilização e secagem (com porta aberta e/ou fechada). Deve possuir despressurização automática. Deve possuir painel de controle/teclado para seleção de ciclo, tempo e temperatura. Deve possuir indicação de falta de água no reservatório. Vedação da porta com guarnição. Deve acompanhar todos os acessórios mínimos para pleno funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica 220V/60 Hz ou bivolt automático.

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Descrição do item 008

Código 6438 - Conjunto de Pistolas Pressurizadas, em alumínio anodizado, display alfanumérico, bomba autoaspirante, com regulador de pressão, bicos com lúmens de 03mm até 023mm, 127/220 V.

Informações Adicionais

Composto por pistola de ar, água e detergente, independentes, sinalizados e diferenciadas por cores; Pistola independentes por função e com acionamento manual; Diluição de detergente; Com motor de no mínimo 1/4hp vazão de 2,85 bar; Possuir bicos para artigos canulados cônicos; Possuir pistolas com possibilidade de instalação de bicos diversos(intercambiáveis); Com display alfanumérico; Possuir bomba autoaspirante; Possuir sensores e alarmes para falta de produtos; Possuir regulador de pressão para entrada de água; Possuir pistolas em alumínio anodizado ou similar; Alimentação 220V /60Hz ou bivolt automático.

Período (Meses)	
Quantidade	1

Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Considerando que a sessão foi conduzida conforme determina o edital, atendendo aos preceitos da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do Decreto estadual nº 10.247, de 30 de Março de 2023. Foi divulgado o resultado da sessão pública com o(s) licitante(s) melhor(es) classificado(s), o(s) qual(is) foi(am) declarado(s) vencedor(es) no(s) respectivo(s) item(s)/lote(s), bem como foi concedido prazo recursal conforme preconiza a lei. Encerradas as fases de julgamento, de habilitação e recursal, decido ADJUDICAR o objeto ao(s) vencedor(es) citado(s) acima e HOMOLOGAR o presente certame, nos termos do art. 71, inciso IV da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e art. 50 do Decreto estadual nº 10.247, de 30 de Março de 2023.

THALLES PAULINO DE ÁVILA
Superintendente de Gestão Integrada

Secretaria de Estado da Saúde
Delegação de Competência

Portaria nº 3201, de 29 setembro 2025 – SES

Versão do Doc. Padrão
0.02

GOIANIA, aos 11 dias do mês de março de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 11/03/2026, às 18:26, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **87517637** e o código CRC **7D38DBB5**.

SISTEMA DE LOGÍSTICA DE GOIÁS
AVENIDA ANHANGUERA Nº 609, - Bairro SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO - GOIANIA -
GO - CEP 74610-250 - (62)3201-8795.



Referência: Processo nº 202500005019949



SEI 87517637