ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO

Número do Processo - SEI
202600005018588

Às 09:00 horas do dia 28/09/2026, iniciou-se a sessão pública on-line para realização dos procedimentos relativos à contratação de Aquisição de Câmara Refrigerada Científica/Hospitalar, destinada à SUVISA/SES, mediante **Pregão Eletrônico nº 185/2026**, referente ao **Processo de Contratação nº 120657** e **Processo SEI nº 202600005018588**, quando o agente de contratação e os membros da equipe de apoio, indicados pela Portaria de Designação de Funções, se reuniram em atendimento às disposições contidas no instrumento convocatório, juntamente com os licitantes, e chegaram ao seguinte resultado:

Valor total adjudicado: R$ 1.144.000,00

Descrição do item 001 Código 4837 - Câmara Refrigerada, gabinete externo em aço inoxidável ou carbono, montado sobre rodízios giratórios, com sistema de freios de acionamento frontal, composto por 5 prateleiras, capacidade mínima para 400 litros.	
Informações Adicionais CÂMARA REFRIGERADA Especificação técnica mínima: - Configuração vertical, com abertura de porta frontal reversível; - Gabinete externo em aço inoxidável ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; - Montado sobre rodízios giratórios, com sistema de freios de acionamento frontal. Rodízio construído todo em metal, inclusive o acionador de freio, com travamento anticorrosão. Banda de rodagem revestida em látex, silicone ou assemelhado que não danifique o piso; - Gabinete interno em aço inoxidável; - Gabinete composto por no mínimo 5 prateleiras, em aço inoxidável, perfuradas, com distância mínima entre elas ajustável e sistema de travamento, com capacidade de carga mínima de 50 kg. Quantidade mínima de 5 unidades, para volume aproximado de 400 litros (úteis); - Isolamento térmico em poliuretano injetável, espessura mínima de 50 mm; - Sistema de iluminação interna do gabinete por LED, com acionamento automático na abertura de porta e mediante comando do usuário com porta fechada; - Porta de vidro, com sistema antiembaçante "NO FOG", fechamento automático com vedação de perfil magnético. Sistema de travamento com chave ou senha; - Dimensão externa aproximada em "cm" (compatibilizar com volume útil, área da unidade e disponibilidade de mercado); - Volume útil de armazenamento da câmara interna em "litros" (aproximadamente 400 litros); - Refrigeração com circulação de ar forçado; - Distribuição térmica homogênea no interior da câmara; - Degelo automático seco com evaporação de condensado; - Meio refrigerante livre de CFC; - Compressor hermético selado, alimentação elétrica 220 V AC; - Painel de comando com display na parte superior do equipamento; - Display LCD ou LED, com apresentação das informações em português da temperatura do momento, máxima e mínima (em ºC) nos intervalos selecionados; - Chave geral liga/desliga localizada no painel principal; - Botões de comando tipo membrana; - Botão para silenciamento de alarme; - Sistema de segurança para travamento de faixa de temperatura programável por senha; - Memória da programação das temperaturas (set point, mínima e máxima) selecionadas, mesmo diante do desligamento do equipamento; - Função de alarme de áudio de temperatura fora do intervalo de mínima e máxima programável; - Alarme de áudio temporizado de abertura de porta em intervalo programável; - Sistema de discagem para notificação de alteração de temperatura selecionada e falta de energia elétrica, no mínimo 3 números de telefone selecionáveis; - Sistema de autoteste das funções programadas e simulação de testes dos alarmes; - Mensagem e alarme visual para: falha do sensor de temperatura, indicativo de manutenção e porta aberta; - Faixa de temperatura de +2 ºC a +8 ºC, set point ajustado a +5 ºC: controle de temperatura microprocessado, com sensores distribuídos no interior da câmara; - Controle da temperatura de set point por solução diatérmica; - Sistema de backup de controle de temperatura para atuação com entrada automática de comando em situações de falha do sistema principal; - Função reguladora de tensão, para estabilizar oscilações da rede elétrica; - Proteção contra interferências eletromagnéticas via rede elétrica; - Alimentação elétrica 220 V - 60 Hz; - Sistema de emergência com baterias seladas com autonomia mínima de 24 h quando da falta/falha no abastecimento de energia elétrica.	
Quantidade	65
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	03.213.418/0001-75
Fornecedor	BUNKER COMERCIAL LTDA
Valor Unitário	R$ 17.600,00
Valor Total	R$ 1.144.000,00
Situação	**Adjudicado**

Considerando que a sessão foi conduzida conforme determina o edital, atendendo aos preceitos da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, e do Decreto estadual nº 10.247, de 30 de março de 2023, foi divulgado o resultado da sessão pública com o licitante melhor classificado, o qual foi declarado vencedor no respectivo item, bem como foi concedido prazo recursal, conforme preconiza a lei. Encerradas as fases de julgamento, de habilitação e recursal, decido **ADJUDICAR** o objeto ao vencedor citado acima e **HOMOLOGAR** o presente certame, nos termos do art. 71, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, e art. 50 do Decreto Estadual nº 10.247, de 30 de março de 2023.

ADRIANO SULLIVAN CHAGAS

Superintendente de Gestão Integrada/ SES-GO

Delegação de Competência por meio da Portaria n° 3.201, de 29 de setembro de 2025.

GOIANIA, aos 05 dias do mês de outubro de 2026.

Documento assinado eletronicamente por **ADRIANO SULLIVAN CHAGAS**, **Superintendente**, em 06/10/2026, às 11:35, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1** informando o código verificador **96661960** e o código CRC **EB9D37CD**.