

Secretaria de
Estado da
Administração



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

TERMO DE JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO

Número do Processo - SEI
202300005023119

Às 09:00 horas, do dia 12/12/2024, iniciou-se a sessão pública on-line para realização dos procedimentos relativos à contratação de Termômetro digital para máxima/mínima com sensor via cabo. Portátil, com função interna e externa dotado de visor de cristal líquido com alarme sonoro. Fabricado em plástico ABS. Sensor com ponteira plástica em cabo com comprimento mínimo de 1,80cm. Display de cristal líquido (LCD) de três dígitos. Escala interna (sensor interno): -20°C a +50°C (-14°F a +122°F). Escala externa (sensor externo do cabo): -50°C a +70°C (-56°F a +158°F). Resolução: 0,1°C / 0,1°F. Precisão: ±1°C / ±1°F. Alimentação: pilha ou bateria. Deverá ser fornecido certificado RBC/Inmetro que será avaliado no momento da entrega e deve atender os limites de precisão e incerteza especificados, além do acompanhamento de manual de instruções. Garantia de 01 ano., mediante Pregão Eletrônico nº 100/2024, referente ao processo de contratação nº 100639 e processo SEI nº 202300005023119, quando o agente de contratação e os membros da equipe de apoio, indicados pela Portaria de Designação de Funções, se reuniram em atendimento às disposições contidas no instrumento convocatório, juntamente com os licitantes, e chegaram ao seguinte resultado:

Descrição do item 001	
Código 126 - Termômetro, digital, com display, à prova d'água, medição em °C.	
Informações Adicionais	
Termômetro digital para máxima/mínima com sensor via cabo. Portátil, com função interna e externa dotado de visor de cristal líquido com alarme sonoro. Fabricado em plástico ABS. Sensor com ponteira plástica em cabo com comprimento mínimo de 1,80cm. Display de cristal líquido (LCD) de três dígitos. Escala interna (sensor interno): -20°C a +50°C (-14°F a +122°F). Escala externa (sensor externo do cabo): -50°C a +70°C (-56°F a +158°F). Resolução: 0,1°C / 0,1°F. Precisão: ±1°C / ±1°F. Alimentação: pilha ou bateria. Deverá ser fornecido certificado RBC/Inmetro que será avaliado no momento da entrega e deve atender os limites de precisão e incerteza especificados, além do acompanhamento de manual de instruções. Garantia de 01 ano.	
Período (Meses)	1
Quantidade	150
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	11.042.902/0001-07

Fornecedor	INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Valor Unitário	R\$ 125,00
Valor Total	R\$ 18.750,00

Considerando que a sessão foi conduzida conforme determina o edital, atendendo aos preceitos da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do Decreto estadual nº 10.247, de 30 de Março de 2023. Foi divulgado o resultado da sessão pública com o(s) licitante(s) melhor(es) classificado(s), o(s) qual(is) foi(am) declarado(s) vencedor(es) no(s) respectivo(s) item(s)/lote(s), bem como foi concedido prazo recursal conforme preconiza a lei. Encerradas as fases de julgamento, de habilitação e recursal, decido ADJUDICAR o objeto ao(s) vencedor(es) citado(s) acima e HOMOLOGAR o presente certame, nos termos do art. 71, inciso IV da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e art. 50 do Decreto estadual nº 10.247, de 30 de Março de 2023.

THALLES PAULINO DE ÁVILA
Superintendente de Gestão Integrada
Secretaria de Estado da Saúde
Delegação de Competência
[Portaria nº 9](#), de 02 de janeiro de 2025

Versão do Doc. Padrão
0.01

GOIANIA, aos 27 dias do mês de janeiro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 27/01/2025, às 09:32, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **69863655** e o código CRC **0754B57A**.

SISTEMA DE LOGÍSTICA DE GOIÁS
AVENIDA ANHANGUERA Nº 609, - Bairro SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO - GOIANIA -
GO - CEP 74610-250 - (62)3201-8795.



Referência: Processo nº 202300005023119



SEI 69863655