

Secretaria de
Estado da
Administração



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TERMO DE JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO

Número do Processo - SEI

202400005014123

Às 09:00 horas, do dia 23/05/2025, iniciou-se a sessão pública on-line para realização dos procedimentos relativos à contratação para aquisição de equipamentos médicos/hospitalares como centrífuga, autoclave horizontal de mesa, seladora de grau cirúrgico, bomba aspiradora a vácuo, modulo/centro de inclusão de tecidos, maca de transporte hidráulica obeso, mesa de necropsia, kit de lâminas para necropsia, balança digital de 30 quilos e escada de dois degraus, para atender ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO), mediante Pregão Eletrônico nº 117/2025, referente ao processo de contratação nº 105645 e processo SEI nº 202400005014123, quando o agente de contratação e os membros da equipe de apoio, indicados pela Portaria de Designação de Funções, se reuniram em atendimento às disposições contidas no instrumento convocatório, juntamente com os licitantes, e chegaram ao seguinte resultado:

Descrição do item 001

Código 865 - Autoclave, horizontal, painel digital, em aço inoxidável, capacidade mínima para 21 L, bivolt, temperatura de trabalho entre 120 e 135 °C.

Informações Adicionais

Autoclave horizontal de mesa; Com volume mínimo de 54 litros e máximo de 96 litros; Digital, automática, microprocessada com teclado de membrana e display alfanumérico para indicação dos parâmetros; Esterilização através de vapor saturado de água, com aquecimento elétrico através de resistências; Câmara interna construída em aço inox AISI-316 ou 304L de acordo com as Normas da ABNT; Vaso de pressão deve possuir registro conforme portaria do INMETRO Nº 255 de 29/05/2014; Equipamento apoiado sobre pés reguláveis em borracha para estabilidade; Deve possuir sensor de porta, impedindo o uso com a porta aberta; Possuir ciclos programáveis com ajustes de tempo segundo a segundo e de temperatura grau a grau tanto na esterilização quanto na secagem, ou, alternativamente; Possuir no mínimo 05 ciclos pré-programados de esterilização com temperatura de 121 °C e 134 °C e ciclo extra de secagem; Secagem automática com porta fechada; Possuir no mínimo 02 bandejas removíveis construídas em aço inoxidável ou alumínio; Dispositivo de segurança em caso de excesso de pressão; Alimentação elétrica em 220V ou Bivolt; O equipamento deve ser fornecido com todos os acessórios necessários ao seu pleno funcionamento; Deverá ser fornecido manual em língua portuguesa; Também é de responsabilidade do fornecedor a realização da Qualificação de Instalação/operação/desempenho, conforme RDC 15;

Período (Meses)	
Quantidade	9
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	FRACASSADO
Valor Unitário	-
Valor Total	-

Descrição do item 002

Código 459 - Balança, digital/eletrônica, capacidade aproximada para 30 Kg.

Informações Adicionais

Balança digital/eletrônica com capacidade para 30 Kg BALANÇA DIGITAL PRECISÃO 30 KG, de bancada, prato em aço inoxidável com aproximadamente 34 cm de largura x 44 cm de profundidade, gabinete em plástico resistente, visor de LCD, 220 V, de fácil higienização, de fácil operação, visor na coluna fixado na balança, teclado de alta resistência, com bateria recarregável, capacidade para 30 Kg. Certificada pelo INMETRO. Deverá acompanhar cabo de alimentação. Com garantia mínima de 01 (um) ano.

Período (Meses)	
Quantidade	6
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	FRACASSADO
Valor Unitário	-
Valor Total	-

Descrição do item 003

Código 301 - Escada , em aço, 2 degrau (s), pintura anticorrosiva e antiferrugem, pé (s) emborrachado (s), peso suportado aproximado de 150 Kg.

Informações Adicionais

Escada com 2 (dois) degraus, (Degraus antiderrapantes) Escada de Dois Degraus: Material: Resistente e antiderrapante (alumínio ou aço inoxidável). Capacidade de Peso: Mínimo de 150 kg. Estabilidade: Base larga e pés antiderrapantes. Portabilidade: Leve e fácil de mover. Facilidade de Limpeza: Superfícies lisas e não porosas. Segurança: Bordas arredondadas e design sem cantos vivos.

Período (Meses)	
Quantidade	4
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	FRACASSADO
Valor Unitário	-
Valor Total	-

Descrição do item 004

Código 4617 - Lâmina, para serra elétrica, em aço inoxidável, para corte de osso.

Informações Adicionais

Serra Elétrica para Necropsia: Especificações Técnicas Mínimas: Serra para Externo e Osso; conjunto eletrônico ou pneumático capaz de prover alta rotação para corte, perfuração e fresamento em osso e externo; Composto basicamente de uma turbina autoclavável; sistema de alimentação; caixa/estojo para esterilização; guarda e acessórios. Este equipamento é utilizado em atividades de intervenção cirúrgica nas seguintes especialidades: neurocirurgias; cirurgias vasculares e cirurgias ortopédicas; Turbina: com corpo em formato de pistola construído em aço inoxidável ou polímero de alta resistência, autoclaváveis; Sistema com acionamento de rotação horário, reverso e neutro (segurança). Deve possuir mandril e chave para fixação do mesmo e de acessórios em aço inoxidável ou material de alta resistência, capaz de prover total segurança contra desprendimento durante o uso. A entrada de alimentação deve ocorrer na base inferior do 'cabo da pistola', permitindo maior facilidade de manuseio por parte do operador. Sistema de alimentação da turbina pode ser por meio de pressão (pneumático) ou elétrico. a saber: Se o sistema ofertado for pneumático, deve operar com rotação e torque nominal para cada aplicação de especialidade médica em pressão aproximada de 6 bar (rede de gases canalizada do hospital), seja com ar comprimido ou nitrogênio, comprovada por meio do manual registrado na ANVISA. Deve possuir engate rápido e

seguro com mangueiras flexíveis. Deve possuir indicador da pressão nominal aplicada ao conjunto. Deve vir adaptada para operar com a rede de gases hospitalar e com cilindros de ar comprimido e de nitrogênio, com reguladores de pressão exclusivos para cada um. Se o sistema ofertado for elétrico: deve operar com baterias recarregáveis e esterilizáveis e com conjunto de acessórios que permita obter rotação e torque nominais em cada especialidade médica comprovada por meio do manual registrado na ANVISA. Deve operar com sistema de alimentação de corrente contínua externo em caso de ausência de bateria, sem comprometer a vedação/acoplamento das partes durante o ato cirúrgico. Deve possuir sistema de recarga para, pelo menos, 02 (duas) baterias simultâneas. DEVEM SER INCLUÍDAS AS LÂMINAS NESSA SERRA ELÉTRICA PARA NECROPSIA.

Período (Meses)	
Quantidade	8
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	51.116.702/0001-76
Fornecedor	SOLVEER SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Valor Unitário	R\$ 27.315,70
Valor Total	R\$ 218.525,60

Descrição do item 005

Código 4817 - Centrífugas para Laboratório, Centrífuga elétrica para tubos de 15 e 50 mL.

Informações Adicionais

Especificações Técnicas Mínimas: Centrífuga de bancada microprocessada; Fornecida com rotor horizontal tipo swing; Velocidade ajustável de, no máximo, 6000 rpm; Força centrífuga relativa máxima de aproximadamente 2607 xg; Com capacidade mínima de 32 tubos de coletas de sangue de 5/7 ml; O equipamento deve possuir display frontal de fácil visualização; Sistema de detecção de desbalanceamento com o alarme sonoro e visual; A câmara interna deve ser em aço inoxidável; Deve possuir timer: 1 a 99 minutos; O motor deve ser de indução, sem escovas; A tampa deve possuir fechamento motorizado; Ser equipada com dispositivo de segurança que impeça a sua abertura durante a centrifugação; Alimentação elétrica de 220 Volts /60 Hz ou bivolt automático. Material: Construída em materiais resistentes e de fácil limpeza.

Período (Meses)	
Quantidade	9
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	FRACASSADO
Valor Unitário	-
Valor Total	-

Descrição do item 006

Código 3901 - Seladora Grau Cirúrgico, em polietileno, largura da compressão da solda de aproximadamente 12 mm e área soldável de no mínimo 300 mm, tensão de 220V (ou bivolt 110/220V), frequência: 50/60 Hz.

Informações Adicionais

Seladora de bancada; com suporte ou apoio para rolo específica para papel cirúrgico; para uso em CME; acionamento por meio de alavanca com trava; resistência blindada com controle automático da temperatura; sistema de corte integrado em qualquer sentido do papel; avisos audiovisuais ao atingir a temperatura inicial para selagem e para aviso do término da mesma; desligamento automático em caso de inatividade prolongada; Comprimento mínimo da selagem de 300 mm. Largura da selagem de 13 mm. Alimentação elétrica: 220 V / 60 Hz / Monofásico;

Período (Meses)	
-----------------	--

Quantidade	9
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	FRACASSADO
Valor Unitário	-
Valor Total	-

Descrição do item 007

Código 4539 - Equipamentos Médicos, Aspirador Cirúrgico Elétrico.

Informações Adicionais

Bomba Aspiradora a Vácuo Transportável; silenciosa; com alto poder de sucção; com utilização de ar para aspirar, usado para aspirar às cavidades torácicas e abdominais durante o procedimento de tanatopraxia; compartimento com capacidade para aproximadamente 16 litros de aspiração ou maior. Potência no motor de, no mínimo, 1/2 CV; Deverá acompanhar: Conjunto instrumental composto por 01 vara trocadora adulto, 01 injetor de gravidade, 01 cânula de aspiração nasal. Todos acessórios necessários para seu funcionamento como cabo de força, mangueiras, conexões etc. Manual de instrução em português. Alimentação elétrica 220 V/60 Hz ou bivolt. CONJUNTO INSTRUMENTAL BOMBA ASPIRADORA: Composta por: 01 vara trocadora adulto; 01 injetor de gravidade; 01 cânula de aspiração nasal. COMPATÍVEL COM APARELHO DE BOMBA À VÁCUO.

Período (Meses)	
Quantidade	9
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	FRACASSADO
Valor Unitário	-
Valor Total	-

Descrição do item 008

Código 3785 - Central de Inclusão de Parafina, Reservatório com capacidade mínimo de 4,0 litros. Temperatura mínima do módulo aquecido: 75 °C. Temperatura do módulo refrigerado: -6 °C ou menor.

Informações Adicionais

Módulo/Centro de inclusão de tecidos, controle de temperatura e tempo. Equipamento com ajuste digital; com painel de controle; programável; com tela sensível ao toque; com capacidade de até 100 cassetes; com bandeja para expurgo; alarmes. Deve possuir sistema de segurança para falta de energia e possuir reservatório de parafina de até 5 litros. Controle de temperatura até 70°C. Alimentação 220 V / 60 Hz ou bivolt.

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	FRACASSADO
Valor Unitário	-
Valor Total	-

Descrição do item 009

Código 4539 - Equipamentos Médicos, Maca de Transporte Hidráulica Obeso,

Informações Adicionais

Maca para Transporte de Pacientes Obesos: Capacidade de Peso: Mínimo de 300 kg. Dimensões: Superfície

larga e longa. Material: Estrutura reforçada (aço ou alumínio) e fácil de limpar. Mobilidade: Rodas grandes com sistema de travamento. Ajustabilidade: Altura e inclinação ajustáveis. Acessórios: Suportes laterais, cintos de segurança, encosto de cabeça ajustável. Durabilidade: Materiais de alta qualidade. Segurança: Bordas protegidas e sistemas de travamento robustos.

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	DESERTO
Valor Unitário	-
Valor Total	-

Descrição do item 010

Código 883 - Mesas de Uso Médico e/ou Odontológico, para necropsia, construída em aço inoxidável, com roletes e suporte de crânio.

Informações Adicionais

Mesa de Necropsia com Suporte de Crânio e Roletes: Mesa para necrópsia moldada em peça única aço inoxidável AISI-316; com sistema de exaustão descendente; triturador para trabalho pesado; com roletes; hidroaspirador e ducha de enxague; pia com bordas arredondadas; placas de superfície próprias para ventilação. Deve vir acompanhada de suporte de cabeça, balança digital para espécimes para até 13,6 kg com suporte acoplado a mesa.

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	FRACASSADO
Valor Unitário	-
Valor Total	-

Considerando que a sessão foi conduzida conforme determina o edital, atendendo aos preceitos da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do Decreto estadual nº 10.247, de 30 de Março de 2023. Foi divulgado o resultado da sessão pública com o(s) licitante(s) melhor(es) classificado(s), o(s) qual(is) foi(am) declarado(s) vencedor(es) no(s) respectivo(s) iten(s)/lote(s), bem como foi concedido prazo recursal conforme preconiza a lei. Encerradas as fases de julgamento, de habilitação e recursal, decido ADJUDICAR o objeto ao(s) vencedor(es) citado(s) acima e HOMOLOGAR o presente certame, nos termos do art. 71, inciso IV da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e art. 50 do Decreto estadual nº 10.247, de 30 de Março de 2023.

Thalles Paulino de Ávila
Superintendente de Gestão Integrada/ SES-GO

Delegação de Competência por meio da [Portaria nº 854, de 04 de abril de 2025](#)

Versão do Doc. Padrão
0.01

GOIANIA, aos 08 dias do mês de agosto de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 08/08/2025, às 15:45, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **78044360** e o código CRC **CE431B72**.

SISTEMA DE LOGÍSTICA DE GOIÁS
AVENIDA ANHANGUERA Nº 609, , - Bairro SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO - GOIANIA -
GO - CEP 74610-250 - (62)3201-8795.



Referência: Processo nº 202400005014123



SEI 78044360