



TERMO DE JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TERMO DE JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO

Número do Processo - SEI
202400005029231

Às 09:00 horas, do dia 12/06/2025, iniciou-se a sessão pública on-line para realização dos procedimentos relativos a aquisição de monoxímetros, instrumentos que permitem a medição precisa dos níveis de monóxido de carbono (CO) expirado, um indicador crítico da exposição ao fumo, mediante Pregão Eletrônico nº 140/2025, referente ao processo de contratação nº 108365 e processo SEI nº 202400005029231, quando o agente de contratação e os membros da equipe de apoio, indicados pela Portaria de Designação de Funções, se reuniram em atendimento às disposições contidas no instrumento convocatório, juntamente com os licitantes, e chegaram ao seguinte resultado:

Descrição do item 001

Código 5402 - Espirômetro, monoxímetro, tela em LCD, sistema de semáforos para níveis de CO, bocais descartáveis, com PC interativo e software, digital, portátil.

Informações Adicionais

Gama de concentração: 0-500ppm; Ecrã: Ecrã tátil a cores; Princípio de detecção: Sensor electroquímico; Repetibilidade: $\leq \pm 5\%$; Precisão: $\leq \pm 2\text{ppm}/5\%$; Potência: 3 x AA (LR6 ou equivalente) - até 1000 minutos - 1 X Pilha tipo moeda de lítio CR 2032; Tempo de resposta: <30 segundos; Temperatura de funcionamento: 15-40°C; Temperatura de armazenamento/transporte: 0-50°C; Pressão de funcionamento/armazenamento/transporte: Atmosférico $\pm 10\%$; Umidade de funcionamento: 15-90% (sem condensação); Umidade de armazenamento/transporte: 0-95% (sem condensação); Vida operacional do sensor: 5 anos; Sensibilidade do sensor: 1ppm; Desvio do sensor: <5% por ano; Dimensões: Aprox. 37x77x140mm; Peso: Aprox. 215g (incluindo as pilhas); Materiais: Caso: Mistura de policarbonato/ABS com SteriTouch aditivo antimicrobiano, OneBreath: Polipropileno, D-piece: Polipropileno, SteriBreath Eco: Papel; Interferência cruzada de H2: $\leq 8\%$; Conversão automática para %FCOHb; Cria e armazena os detalhes do paciente; Tecnologia SteriTouch® para um melhor controlo de infeções; Familiar sistema de semáforos verde, âmbar e vermelho, tornando os níveis de CO imediatamente identificáveis aos pacientes; Monitorização do CO ambiente; Utiliza a D-piece™ para filtrar 99% das bactérias transportadas pelo ar13; Bocais de uso único SteriBreath™ para um excelente controlo de infeções a baixo custo; PC interativo com o software COdata+™, gratuito com o Micro+™ Smokerlyzer®.

Período (Meses)	
Quantidade	20
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	05.895.525/0001-56
Fornecedor	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS LTDA

Valor Unitário	R\$ 19.800,00
Valor Total	R\$ 396.000,00

Considerando que a sessão foi conduzida conforme determina o edital, atendendo aos preceitos da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do Decreto estadual nº 10.247, de 30 de Março de 2023. Foi divulgado o resultado da sessão pública com o(s) licitante(s) melhor(es) classificado(s), o(s) qual(is) foi(am) declarado(s) vencedor(es) no(s) respectivo(s) item(s)/lote(s), bem como foi concedido prazo recursal conforme preconiza a lei. Encerradas as fases de julgamento, de habilitação e recursal, decido ADJUDICAR o objeto ao(s) vencedor(es) citado(s) acima e HOMOLOGAR o presente certame, nos termos do art. 71, inciso IV da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e art. 50 do Decreto estadual nº 10.247, de 30 de Março de 2023.

Thalles Paulino de Ávila

Superintendente de Gestão Integrada/SES-GO

Delegação por Competência por meio da [Portaria nº 854, de 04 de abril de 2025](#)

Versão do Doc. Padrão
0.01

GOIANIA, aos 29 dias do mês de julho de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 29/07/2025, às 16:07, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 77536708 e o código CRC 10C0FE0F.

SISTEMA DE LOGÍSTICA DE GOIÁS
AVENIDA ANHANGUERA Nº 609, - Bairro SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO - GOIANIA -
GO - CEP 74610-250 - (62)3201-8795.



Referência: Processo nº 202400005029231



SEI 77536708