



TERMO DE JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TERMO DE JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO

Número do Processo - SEI

202500005024782

Às 09:00 horas, do dia 16/09/2025, iniciou-se a sessão pública on-line para realização dos procedimentos relativos à contratação de Aquisição de equipamentos médicos e odontológicos para atender o Centro Estadual de Assistência aos Radioacidentados Leide das Neves - C.A.R.A, mediante Pregão Eletrônico nº 223/2025, referente ao processo de contratação nº 115775 e processo SEI nº 202500005024782, quando o agente de contratação e os membros da equipe de apoio, indicados pela Portaria de Designação de Funções, se reuniram em atendimento às disposições contidas no instrumento convocatório, juntamente com os licitantes, e chegaram ao seguinte resultado:

Valor total adjudicado: R\$ 4.219,69

Descrição do item 001

Código 4539 - Equipamentos Médicos, Balança Antropométrica Digital 200kg.

Informações Adicionais

Fabricada exclusivamente para pesagem de pacientes adultos e pediátricos, estrutura em chapa de aço carbono com acabamento em tinta eletrostática e tratamento de superfície nas peças internas 'zincagem' ou aço inoxidável, capacidade máxima de 200kg, divisões de 100g, piso antiderrapante, pés reguláveis em borracha sintética ou material similar, opcional saída RS 232, régua antropométrica com escala entre 1,00 e 2,00m. Função TARA, com possibilidade de tara de até 100% da capacidade. Com fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis para o funcionamento do equipamento. Alimentação 220V/60Hz ou bivolt automático. Certificada pelo IPEM/Inmetro, com selo e certificado de calibração rastreável pela Rede Brasileira de Calibração - RBC.

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	09.251.627/0001-90
Fornecedor	K.C.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
Valor Unitário	R\$ 1.600,00
Valor Total	R\$ 1.600,00
Situação	Adjudicado

Descrição do item 002

Código 4539 - Equipamentos Médicos, Maca Hospitalar,

Informações Adicionais

Deverá possuir estrutura construída em aço antioxidante e resistente ou material similar; - Deverá possuir encosto reclinável; - Deverá ser revestido em pintura eletrostática, caso aplicável; - Deverá suportar o peso de, no mínimo, 180 kg; - Deverá ter leito acolchoado em espuma com densidade no mínimo D28; - Colchão revestido em material courvin ou similar.

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Deserto

Descrição do item 003

Código 4539 - Equipamentos Médicos, Mesa para Exame Ginecológico,

Informações Adicionais

Deverá possuir estrutura construída em aço antioxidante e resistente ou material similar; - Deverá possuir encosto reclinável; - Deverá ser revestido em pintura eletrostática, caso aplicável; - Deverá suportar o peso de, no mínimo, 180 kg; - Deverá ter leito acolchoado em espuma de densidade no mínimo D28; - Colchão revestido em material courvin ou similar; - Apoio para pernas para exame ginecológico, com regulagem. - Possuir gaveta.

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Deserto

Descrição do item 004

Código 4539 - Equipamentos Médicos, Escadinha de 02 Degraus,

Informações Adicionais

Deverá ser construída em aço inox AISI 304 ou superior, com laudo técnico da composição de cada componente utilizado na liga conforme ABNT NBR 5601; - Capacidade mínima de 150kg; - Piso e cantoneira de borracha; - Piso antiderrapante.

Período (Meses)	
Quantidade	6
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Deserto

Descrição do item 005

Código 4539 - Equipamentos Médicos, Termômetro clínico infravermelho cutâneo sem contato,

Informações Adicionais

Termômetro clínico infravermelho cutâneo sem contato para aferição da temperatura de corpos ou superfícies através da radiação emitida; faixa mínima de temperatura corporal entre 10°C a 50°C com exatidão melhor ou igual a $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ para a faixa de 22°C a 40°C; resolução de 0,1°C; sinalização da distância

correta para medição; visor retroiluminado; indicação de pilha/bateria com carga baixa; alimentação a pilha ou a bateria, inclusa; certificado de calibração rastreável à RBC.

Período (Meses)	
Quantidade	3
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Deserto

Descrição do item 006

Código 4539 - Equipamentos Médicos, Termômetro Digital para ambiente,

Informações Adicionais

Termômetro com higrômetro digital portátil, com medida de temperatura interna (faixa aproximada de 0°C a +50°C) e externa (por cabo de extensão e faixa aproximada de -50°C a +70°C) e umidade relativa do ar (faixa aproximada de 20 a 90%); deve apresentar 3 leituras simultâneas em painel LCD, com registro de máximo e mínimo das temperaturas; alimentação a pilha ou a bateria, inclusa; certificado de calibração rastreável à RBC.

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Deserto

Descrição do item 007

Código 4539 - Equipamentos Médicos, Otoscópio (adulto, pediátrico e neonatal),

Informações Adicionais

Com, no mínimo, 10 espéculos reutilizáveis que variam entre 2,5 e 4,0mm. Lâmpada de LED 2,5V. Lente giratória com aumento de 3x. Visão integrada com giro para os lados. Grampo de fixação com botão liga/desliga integrado. Cabo robusto em cromo e plástico de alta qualidade contra impactos ou materiais similares, com superfície estriada. Funcionamento com bateria recarregável.

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Deserto

Descrição do item 008

Código 4539 - Equipamentos Médicos, Esfigmomanômetro,

Informações Adicionais

Esfigmomanômetro digital automático, de braço, para uso em pacientes adultos. Método oscilométrico. Certificado pelo Inmetro. Ativação ao toque de um botão. Indicação de pressão sistólica e diastólica. Indicador de batimento cardíaco. Visor de LCD de fácil visualização. Bolsa de ar (manguito) e braçadeira confeccionados em material de alta qualidade. Acessórios: 03 braçadeiras em nylon tamanho adulto (circunferência: 22 a 35cm). Deverá ser fornecido com pilhas alcalinas, em quantidade compatível com a exigida pelo produto. Selo e certificado de calibração rastreável pela Rede Brasileira de Calibração - RBC.

Período (Meses)	
Quantidade	3
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Deserto

Descrição do item 009

Código 3926 - Aparelho de Profilaxia Odontológico, com ultrassom elétrico, constituído de um circuito oscilador que envia tensão com frequência de 28 KHZ para a peça de mão (transdutor) montada com quatro pastilhas de cerâmica montadas intermitentes uma a outra e vibração com movimento linear ântero-posterior longitudinal ao cabo. Peça de mão leve e anatômica, capa do transdutor removível e Autoclavável, três tips (pontas) de raspagem autoclaváveis, chave seletora de potência em 4 estágios (amplitude de vibração da ponta de 0,05 a 0,1 MM). Circuito eletrônico estabilizador de frequência com seleção automática de 28 KHZ, para controle de oscilações de tensão de rede. Capas protetoras das peças de mão autoclaváveis. Chaves autoclaváveis para troca das pontas com prolongador que impede o contato manual com as pontas. Mangueiras lisas, leves e flexíveis, corpo em poliuretano de superfície lisa. Pedal de comando com formato redondo. Fusível de proteção. Jato de bicarbonato com peça de mão removível para autoclavagem. Reservatório de bicarbonato removível em aço inoxidável, 2 filtros de ar. Consumo de ar 10 l/min. Pressão primária de ar comprimido 60 PSI (mínima) a 80 PSI (máxima). Tensão 110/127 e 220 volts. Potência 24 VA.

Informações Adicionais

Com ultrassom elétrico, constituído de um circuito oscilador que envia tensão com frequência de, no mínimo, 28 KHZ para a peça de mão (transdutor) montada com quatro pastilhas de cerâmica montadas intermitentes uma a outra e vibração com movimento linear ântero-posterior longitudinal ao cabo. Peça de mão leve e anatômica, capa do transdutor removível e Autoclavável, três tips (pontas) de raspagem autoclaváveis, chave seletora de potência em 4 estágios (amplitude de vibração da ponta de 0,05 a 0,1 MM). Circuito eletrônico estabilizador de frequência com seleção automática de, no mínimo, 28 KHZ, para controle de oscilações de tensão de rede. Capas protetoras das peças de mão autoclaváveis. Chaves autoclaváveis para troca das pontas com prolongador que impede o contato manual com as pontas. Mangueiras lisas, leves e flexíveis, corpo em poliuretano de superfície lisa. Pedal de comando com formato redondo. Fusível de proteção. Jato de bicarbonato com peça de mão removível para autoclavagem. Reservatório de bicarbonato removível em aço inoxidável, 2 filtros de ar. Consumo de ar 10 l/min. Pressão primária de ar comprimido 60 PSI (mínima) a 80 PSI (máxima). Tensão: 220 volts ou bivolt automático.

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-

Valor Total	-
Situação	Fracassado

Descrição do item 010

Código 4539 - Equipamentos Médicos, Autoclave vertical de câmara simples.

Informações Adicionais

Equipamento de bancada, para esterilização de materiais utilizados em procedimentos odontológicos, microprocessado. Deve possuir ciclos programáveis para diferentes tipos de materiais. Capacidade mínima de 70 litros. Temperatura de esterilização de, no mínimo, 121°C e, no máximo, 135°C. Deve consumir, no máximo, 1000ml de água por ciclo. Câmara de esterilização deve ser confeccionada em aço inox AISI 304 ou superior. Deve possuir as etapas completas de esterilização: aquecimento, esterilização e secagem (com porta aberta e/ou fechada). Deve possuir despressurização automática. Deve possuir painel de controle/teclado para seleção de ciclo, tempo e temperatura. Deve possuir indicação de falta de água no reservatório. Vedações da porta com guarnição. Deve acompanhar todos os acessórios mínimos para pleno funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica 220V/60 Hz ou bivolt automático.

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Descrição do item 011

Código 3752 - Bomba de vácuo, com sistema para filtração.

Informações Adicionais

Bomba de vácuo odontológica, indicada para aspirar de forma consistente os resíduos como sangue, saliva e outros que estiverem no campo operatório. Bomba de vácuo duplex com vazão de ar mínima: 3,5 pes³/min (pcm) ou 100 L/min e com potência mínima: 0,5 HP / 0,37 kW. Deverá possuir filtro de entrada de água, filtro coletor de detritos e separador de resíduos. Deverá fornecer pressão de vácuo mínima de 300 mmHg, com vacuômetro e regulador da pressão de vácuo. O sistema deverá ser munido de protetor térmico de sobreaquecimento do motor (Relé térmico). Alimentação elétrica: 220 V/60 Hz ou bivolt automático.

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Descrição do item 012

Código 4573 - Equipamentos, Instrumentos e Produtos Odontológicos, Caneta de alta rotação, rolamentos em cerâmica, autoclavável, cabeça diâmetro de 12,1 x 13,3mm, corpo em inox.

Informações Adicionais

Deverá possuir sistema de fixação push button ou similar; Deverá possuir rotação na faixa mínima de 290.000 a 420.000 rpm; Deverá possuir spray único ventilado ou similar; O material do corpo deverá ser de

aço inoxidável ou material similar de alta duração; O material da cabeça deverá ser de liga metálica de cobre e zinco ou liga metálica similar que não seja prejudicial à saúde; Deverá possuir sistema de encaixe de brocas de diâmetros que variam entre, pelo menos, 1,59 e 1,6 mm; Sistema de spray, pelo menos, único; Deverá possuir sistema cerêmamico ou similar; Deverá ser autoclavável; Deverá possuir design ergonômico; Deverá possuir registro na ANVISA.

Período (Meses)	
Quantidade	2
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	54.860.907/0001-50
Fornecedor	Odontomaster Equipamentos Ltda
Valor Unitário	R\$ 664,90
Valor Total	R\$ 1.329,80
Situação	Adjudicado

Descrição do item 013

Código 4573 - Equipamentos, Instrumentos e Produtos Odontológicos, Caneta de alta rotação, rolamentos em cerâmica, autoclavável, cabeça diâmetro de 12,1 x 13,3mm, corpo em inox.

Informações Adicionais

Deverá possuir sistema de fixação push button ou similar; Deverá possuir rotação de até no máximo 40.000 rpm; Deverá possuir micromotor convencional pneumático com transmissão de velocidade 1:1, ou similar; O material do corpo deverá ser de aço inoxidável ou material similar de alta duração; O material da cabeça deverá ser de liga metálica de cobre e zinco ou liga metálica similar que não seja prejudicial à saúde; Deverá possuir sistema de encaixe de brocas de diâmetros que variam entre, pelo menos, 2,33 e 2,35 mm; Deverá possuir sistema cerêmamico ou similar; Deverá ser autoclavável; Deverá possuir design ergonômico; Deverá possuir registro na ANVISA.

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	20.669.174/0001-59
Fornecedor	K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Valor Unitário	R\$ 399,99
Valor Total	R\$ 399,99
Situação	Adjudicado

Descrição do item 014

Código 3811 - Micromotor Odontológico, corpo todo em aço inoxidável, sistema intra de funcionamento, rolamento de alta qualidade, item contra - ângulo, rotação máxima de 20.000RPM, autoclavável 135º, com umidificação.

Informações Adicionais

micromotor odontológico, para caneta de baixa rotação, sistema intra que se encaixa em contra-ângulo, caneta intra e ponta reta , sistema de encaixe das pontas em conexão com 2 furos tipo 'Borden', permitindo rotação das pontas acopladas, giro de 360°, anel giratório no corpo para proporcionar inversão de rotação, regulagem de torque 3.000/18.000 rpm, controle de rotação no pedal de acionamento, baixo nível de ruído, esterilizável em autoclave até 135°C. Rotação aproximada de 5.000 a 20.000 RPM, spray externo, corpo em alumínio anodizado, autoclavável. Contra-Ângulo: Rotação máxima aproximadamente de 20.000 RPM, transmissão 1:1, spray externo, corpo em alumínio anodizado, autoclavável. Peça Reta: Rotação máxima aproximadamente de 20.000 RPM, corpo em alumínio anodizado, autoclavável.

Período (Meses)	
-----------------	--

Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	20.669.174/0001-59
Fornecedor	K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Valor Unitário	R\$ 889,90
Valor Total	R\$ 889,90
Situação	Adjudicado

Descrição do item 015

Código 3901 - Seladora Grau Cirúrgico, em polietileno, largura da compressão da solda de aproximadamente 12 mm e área soldável de no mínimo 300 mm, tensão de 220V (ou bivolt 110/220V), frequência: 50/60 Hz.

Informações Adicionais

Seladora a pedal; Com temporizador; Regulagem de potência; Potência mínima de 250W; Área de selagem mínimo de 30 cm; Pintura eletrostática epoxi, com tratamento de superfície anti-corrosivo; Voltagem 220V ou bivolt automático.

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-
Situação	Fracassado

Considerando que a sessão foi conduzida conforme determina o edital, atendendo aos preceitos da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do Decreto estadual nº 10.247, de 30 de Março de 2023. Foi divulgado o resultado da sessão pública com o(s) licitante(s) melhor(es) classificado(s), o(s) qual(is) foi(am) declarado(s) vencedor(es) no(s) respectivo(s) item(s)/lote(s), bem como foi concedido prazo recursal conforme preconiza a lei. Encerradas as fases de julgamento, de habilitação e recursal, decido ADJUDICAR o objeto ao(s) vencedor(es) citado(s) acima e HOMOLOGAR o presente certame, nos termos do art. 71, inciso IV da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e art. 50 do Decreto estadual nº 10.247, de 30 de Março de 2023.

Thalles Paulino de Ávila

Superintendente de Gestão Integrada/SES-GO

Delegação por Competência por meio da [Portaria nº 854, de 04 de abril de 2025](#)

Versão do Doc. Padrão

0.02

GOIANIA, aos 11 dias do mês de outubro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 13/10/2025, às 08:50, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 80969141 e o código CRC 9CD9EFA2.

SISTEMA DE LOGÍSTICA DE GOIÁS

AVENIDA ANHANGUERA Nº 609, , - Bairro SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO - GOIANIA -
GO - CEP 74610-250 - (62)3201-8795.



Referência: Processo nº 202500005024782



SEI 80969141