

Secretaria de  
Estado da  
Administração



ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

**Termo de Julgamento e Homologação**

**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA**

**GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS**

**TERMO DE JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO**

Número do Processo - SEI  
**202400005006702**

Às 09:00 horas, do dia 01/10/2024, iniciou-se a sessão pública on-line para realização dos procedimentos relativos à contratação de Aquisição de equipamentos para otimizar as análises de substâncias ilícitas no Laboratório e demais unidades de Narcóticos da Superintendência de Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás por meio do do Convênio Federal n.º 909.645/21 ? SENAD., mediante Pregão Eletrônico nº 33/2024, referente ao processo de contratação nº 104513 e processo SEI nº 202400005006702, quando o agente de contratação e os membros da equipe de apoio, indicados pela Portaria de Designação de Funções, se reuniram em atendimento às disposições contidas no instrumento convocatório, juntamente com os licitantes, e chegaram ao seguinte resultado:

**Descrição do item 001**

Código 5249 - Ultrapurificador de Água, equipamento para obtenção de água ultrapura (tipo I) e água de osmose reversa (tipo III), com vazão mínima de 8 L/h para água de osmose reversa e de 2 L/min para água ultrapura, partir de água de rede (potável). Sistema composto de gabinete único e dispensador, para acoplamento a tanque.

**Informações Adicionais**

...

Período (Meses)	
Quantidade	1
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	-
Fornecedor	-
Valor Unitário	-
Valor Total	-

**Descrição do item 002**

Código 4626 - Equipamentos, Instrumentos e Artigos para Laboratório, cuba cromatográfica, em vidro borossilicato para acomodação de até 5 placas de TLC/CCD (cromatografia de camada delgada).

**Informações Adicionais**

Cuba Cromatográfica de vidro borossilicato para acomodação de até 5 placas de TLC/CCD (cromatografia de camada delgada) de medida de aproximadamente 20x20cm. A cuba deve ter dimensões de aproximadamente 22x22x10cm, e acompanhar tampa. Deve ser construída de material vidro borossilicato transparente e resistir a solventes e materiais corrosivos. Preferencialmente deverá ser dotada de 5 ranhuras laterais para acomodar 5 placas simultaneamente. Deverá ser ofertada garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

Período (Meses)	
Quantidade	11
Unidade	unidade
CPF/CNPJ	50.397.390/0001-53
Fornecedor	SAFELAB CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Valor Unitário	R\$ 1.721,50
Valor Total	R\$ 18.936,50

Considerando que a sessão foi conduzida conforme determina o edital, atendendo aos preceitos da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do Decreto estadual nº 10.247, de 30 de Março de 2023. Foi divulgado o resultado da sessão pública com o(s) licitante(s) melhor(es) classificado(s), o(s) qual(is) foi(am) declarado(s) vencedor(es) no(s) respectivo(s) iten(s)/lote(s), bem como foi concedido prazo recursal conforme preconiza a lei. Encerradas as fases de julgamento, de habilitação e recursal, decido ADJUDICAR o objeto ao(s) vencedor(es) citado(s) acima e HOMOLOGAR o presente certame, nos termos do art. 71, inciso IV da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e art. 50 do Decreto estadual nº 10.247, de 30 de Março de 2023.

GUSTAVO CARLOS FERREIRA  
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
Delegação de Competência - Portaria 444/2024/SSP SEI 59916185

Ordenador de Despesas

Versão do Doc. Padrão  
0.01

GOIANIA - GO, aos 09 dias do mês de outubro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO CARLOS FERREIRA, Subsecretário (a)**, em 10/10/2024, às 11:55, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **65937436** e o código CRC **3CF91176**.

SISTEMA DE LOGÍSTICA DE GOIÁS  
AVENIDA ANHANGUERA Nº 609, - Bairro SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO - GOIANIA -  
GO - CEP 74610-250 - (62)3201-8795.



Referência: Processo nº 202400005006702



SEI 65937436